

UWAGI W RAMACH UZGODNIEN Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Informacja o projekcie:

Tytuł	Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych
Autor	Ministerstwo Zdrowia
Projekt z dnia	12 lutego 2021 r.

Informacje o zgłaszającym uwagi:

Urząd	-----
Organizacja samorządowa	Związek Powiatów Polskich
Osoba do kontaktu	Patrycja Grebla - Tarasek
e-mail	biuro@zpp.pl
tel.	18 477 86 00

Uwagi:

Lp.	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (np. art., nr str., rozdział)	Treść uwagi (propozycja zmian)	Uzasadnienie uwagi	Stanowisko resortu	Odniesienie do stanowiska resortu
1.	§ 2 pkt 7	Połączenie podpunktów a i b w jeden punkt 7 o następującej treści - " Leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych, w przypadku leczenia chorób nowotworowych, chorób nienowotworowych i paliatywnego leczenia chorób nowotworowych obejmuje:"	Po uwzględnieniu ewidentnych pominięć w podpunkcie b) oba podpunkty nie różnią się między sobą.		
2.	§ 2. pkt 7 ppkt b	Dodanie zapisu: Kamere scyntylicyjną jednogłowicową, planarną lub rotacyjną.	Kamera scyntylicyjna jednogłowicowa, wymagana w lit. b, może być planarna lub rotacyjna, co jest innym sposobem klasyfikacji. W przypadku leczenia chorób nienowotworowych lub paliatywnego leczenia chorób nowotworowych kamera wymagana		

			w ppkt b nie musi posiadać funkcji badania całego ciała.		
3.	§ 2. pkt 7 ppkt b	Dodanie do wyliczenia miernika do pomiaru aktywności radiofarmaceutyku przed podaniem pacjentowi	Podanie produktów radiofarmaceutycznych pacjentowi musi być poprzedzone kontrolą aktywności radioizotopów, a więc w pracowni konieczny jest miernik do pomiaru aktywności radiofarmaceutyku przed podaniem pacjentowi		
4.	§ 2. pkt 7 ppkt a	Dodanie zapisu: „osłony osobiste przed promieniowaniem jonizującym - o ile jest to wymagane dla ochrony radiologicznej personelu”	W podpunkcie a narzuca się na pracownię konieczność posiadania osłon osobistych przed promieniowaniem jonizującym. Nie zawsze jest to konieczne, a według Ustawy Prawo Atomowe podlega ocenie inspektora ochrony radiologicznej i decyzji kierownika jednostki organizacyjnej.		